INR

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 142

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Citraat plasma
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Volbloed: = 4u. bij KT°C
Afname instructies: Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: ACL-TOP
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90 min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.90-1.10 INR	0.90-1.10 INR

Extra informatie

Restricties:	-Tube volledig vullen! Onvolledige vulling veroorzaakt vals verlengde stoltijden (de verhouding 1 deel citraat + 9 delen veneus bloed is van cruciaal belang) -staal niet afnemen via katheter die met heparine wordt geflushed, tenzij minstens 7 kathetervolumes bloed verwijderd worden vooraleer de stollingstube te vullen - geen interferentie met TG tot 300 mg/dl, Hb tot 200 mg/dl, Bili tot 12 mg/dl

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	554573
Nomenclatuur:	554573 - 554584 B 80 Tromboplastinetijd (prothrombinetijd), inclusief de eventuele berekening van fibrinogeen #(Maximum 1) (Cumulregel 54) (Diagnoseregel 95) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.