

CEA

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 302 en 9302

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI 800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja (302); nee (9302)
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.0-5.0 µg/L

0.0-5.0 µg/L

Extra informatie

Restricties: HAMA-interferentie

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0333

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau