

CA 15.3 (DXI)

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 306 (therapeutische monitoring); 9306 (diagnose);

Staal

Patiëntvoorbereiding:

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500µl

Stabiliteit (dagen): 7.0

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: DXI 800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 1

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja (306); nee (9306)

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.0-23.5 kU/L

0.0-23.5 kU/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie mogelijk met heterofiele antilichamen.
In vitro interferentie mogelijk met bepaalde geneesmiddelen (zie bijsluiter).

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0381

Laatst gewijzigd

2026-02-25

Bart Glibert