

## Hepatitis C virus as

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 293;  
HCV.as.kwt

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 500µl  
Stabiliteit (dagen): 28.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel  
Chemiluminescentie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.00-1.00 ratio

0.00-1.00 ratio

## Extra informatie

Restricties: Fibrine partikels en aggregaten kunnen vals positieve resultaten geven.  
Een niet gekend positief resultaat wordt na centrifugatie gecontroleerd.  
Een nieuw positief staal wordt voor confirmatie doorgestuurd.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551154  
Nomenclatuur: 551154 - 551165 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C, door aantonen van anti-HC antilichamen #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2026-02-19

Hannah Segers