Hepatitis C virus as

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	293; HCV.as.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	28.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	0.00-1.00 ratio	0.00-1.00 ratio

Extra informatie

Restricties:	Fibrine partikels en aggregaten kunnen vals positieve resultaten geven. Een niet gekend positief resultaat wordt na centrifugatie gecontroleerd. Een nieuw positief staal wordt voor confirmatie doorgestuurd.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551154
Nomenclatuur:	551154 - 551165 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C, door aantonen van anti-HC antilichamen #(Maximum 1) (Cumulregel 328) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-02-19 Hannah Segers

Copyright © 2026 All rights reserved.