

Chloride 24u urine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 521

Staal

Patiëntvoorbereiding: 24-uurs urinecollectie
Alternatief Staalttype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 45.0
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo.

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Au5800 - indirecte potentiometrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	140-250 mmol/24u	140-250 mmol/24u

Extra informatie

Restricties: Bewaringsmiddelen, drugs... kunnen interfereren.
Troebele en/of hematurische urine centrifugeren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543211
Nomenclatuur: 543211 - 543222 B 60 Dosereren van chloriden #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau