Amylase punctievocht

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	800

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist.
Voorkeurstaaltype:	Punctievocht
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200 µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 Kinetische colorimetrie bij 410nm (IFCC)
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4 u
Urgentie:	90 min.
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl) Interferentie 10% voor Hb (5g/L) Interferentie 3% voor Lipemie (1000mg/dl)

Anticoagulantia zoals citraat, oxalaat, EDTA moeten vermeden worden (reagens bevat calcium)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	545650
Nomenclatuur:	545650 - 545661 B 200 Doseren van amylasen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) #(Maximum 1) (Cumulregel 62) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.