Glucose urine

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	420 Glu.kwt.URI

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Vermijd bacteriële contaminatie door staal in frigo te bewaren
Voorkeurstaaltype:	Urine
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	0.1
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	0.00-15.00 mg/dL	0.00-15.00 mg/dL

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl) Interferentie 3% voor Ascorbate (50mg/dl) Troebele urine eerst afdraaien

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	125510
Nomenclatuur:	125510 - 125521 B 60 Doseren van glucose of andere reducerende suikers #(Maximum 1) (Cumulregel 3, 349) (Diagnoseregel 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11 Marthe Lateur

Copyright © 2026 All rights reserved.