Eiwit urine

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	410

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Urine
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	2.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Photometrische colorimetrie bij 470/600 nm
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja (indien stick positief)
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.15 g/L	0.15 g/L

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 10% voor ammonia (139mmol/L, Kreatinine (26mmol/L), Glucose (277 mmol/L), UZ (18mmol/L), Bilirubine (0.3mmol/L) … (zie bijsluiter).Lage waarden mogelijk bij aanwezigheid van Ig-lichte keten (Bence- Jones proteinen) Hemolytische stalen vermijden/niet geschikt

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	125532
Nomenclatuur:	125532 - 125543 B 50 Doseren van totale proteïnen #(Maximum 1) (Diagnoseregel 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-01-15 Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.