# Reticulocyten (%)

## Aanvraag

| | |
|---|---|
| Synoniemen: | |
| Aanvraag code LIS: | 126 |

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | Geen voorbereiding vereist |
| Alternatief Staaltype: | Lithium-heparine of citraat |
| Minimum volume: | 150 µl |
| Stabiliteit (dagen): | 1.0 |
| Transportcondities: | 1 dag bij kamertemperatuur |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | |
| Toestel: | XN3000 - Doorstroomcytometrie mbv halfgeleider laser (scattering en fluorometrie) |
| Uitvoeringsfrequentie: | 24u/24u |
| Antwoordtijd (dagen): | 1 |
| Urgentie: | 90min |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Nee |
| EKE deelname: | Ja |
| Retam: | |
| Verantwoordelijke: | Dr. Braeckevelt Thierry |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 125 j | 0.4-2.3 % | 0.4-2.3 % |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| Restricties: | Interferentie mogelijk bij: koude agglutinines, RBC-aggregaten, reuze-BLT (PLT > 1x106/µl), BLT-aggregaten/klonters, gefragmenteerde WBC, Malaria, Howell-Jolly lichaampjes |

## Overheidsinformatie

| | |
|---|---|
| RIZIV nomenclatuur: | 127131 |
| Nomenclatuur: | 127131 - 127142 B 70 Tellen van de reticulocyten #(Maximum 1)<br>Bron: RIZIV website op 01/11/2026 |

## Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.