

## Complement CH50

### Aanvraag

Synoniemen: Complement CH50  
Aanvraag code LIS: 911

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 215 µl  
Transportcondities: Diepgevroren serum  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Liposoom immuno-assay (LIA)  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week  
Antwoordtijd (dagen): 10  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	36-70.7 U/mL	36-70.7 U/mL

## Extra informatie

**Restricties:**

De belangrijkste oorzaak van onjuiste complementresultaten is de foutieve bewaring van de stalen. Verlaagde waarden dienen gecontroleerd te worden op een nieuwe bloedafname. Verhoogde waarden hebben over het algemeen geen klinische betekenis en zijn meestal veroorzaakt door een inflammatoire (acute fase) respons.

## Overheidsinformatie

**RIZIV nomenclatuur:**

556150

**Nomenclatuur:**

556150 - 556161 B 250 Doseren van totaal hemolytisch complement #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-24

Hannah Segers