Calcium

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	174

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	21.0
Transportcondities:	2 dagen bij KT° (daalt erna). Langdurig contact van plasma met RBC vermijden
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Colorimetrie bij 660/700nm (BCG)
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

10 d	1.90-2.60 mmol/L	1.90-2.60 mmol/L
10 d-2 j	2.25-2.75 mmol/L	2.25-2.75 mmol/L
2 j-12 j	2.20-2.70 mmol/L	2.20-2.70 mmol/L
12 j-17 j	2.10-2.55 mmol/L	2.10-2.55 mmol/L
17 j-60 j	2.15-2.50 mmol/L	2.15-2.50 mmol/L
60 j-90 j	2.20-2.55 mmol/L	2.20-2.55 mmol/L
> 90 j	2.20-2.65 mmol/L	2.20-2.65 mmol/L

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl) Interferentie 3% voor Hb (5g/L) Interferentie 10% voor Lip (1000mg/dl) Interferentie 10% voor Mg (4mmol/L) Patiënt met EDTA therapie dan is de CA onderdruk Patiënt met gadolinium+crontrast therapie Ca bepaling onmogelijk Anticoagulantia zoals citraat, fluoride, oxalaat en EDTA moeten vermeden worden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	540190
Nomenclatuur:	540190 - 540201 B 60 Doseren van calcium #(Maximum 1) (Cumulregel 12) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-08-11 Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.