Complement C3

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	321

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200 µl
Stabiliteit (dagen):	8.0
Transportcondities:	De scheiding van de cellen moet binnen de 2 uur gebeuren op kamertemperatuur, behalve bij vermoeden van cryoglobulinemie. In dat geval het bloed bij 37°C laten stollen (waterbad), onmiddellijk centrifugeren en het serum onmiddellijk in een aparte buis overbrengen. Indien niet binnen de 24 uur bepaald, serum diepvriezen.
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.90-1.80 g/L	0.90-1.80 g/L

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl) Interferentie 5% voor Hb (5g/L) Interferentie 10% voor Lipemie (500mg/dl) Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	541133
Nomenclatuur:	541133 - 541144 B 125 Doseren van C3 met een immunologische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11 Marthe Lateur

Copyright © 2026 All rights reserved.