# Transferrine

## Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 944 of TRFE.SI

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | Geen voorbereiding vereist |
| Voorkeurstaaltype: | Serum |
| Alternatief Staaltype: | Heparine plasma of EDTA plasma |
| Minimum volume: | 200 µl |
| Stabiliteit (dagen): | 240.0 |
| Transportcondities: | |
| Afname instructies: | Klik hier voor afname instructies |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | AZ Glorieux |
| Toestel: | AU5800.1 - Immunoturbidimetrie |
| Uitvoeringsfrequentie: | 24u/24u |
| Antwoordtijd (dagen): | 1 |
| Urgentie: | 90 min |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Nee |
| EKE deelname: | Ja |
| Retam: | |
| Verantwoordelijke: | Glibert Bart |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 4 d | 1.30-2.75 g/L | 1.30-2.75 g/L |

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 4 d-10 j | 2.03-3.60 g/L | 2.03-3.60 g/L |
| > 10 j | 2.00-3.60 g/L | 2.00-3.60 g/L |

## Extra informatie

Restricties:
Interferentie 10% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lipemie (1000mg/dl)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541030
Nomenclatuur: 541030 - 541041 B 125 Doseren van transferrine met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel 16)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.