

Neisseria gonorrhoea PCR

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: NEIGON.PCR
Panel: STI.plus.Ingenius.RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Genitale wisser
Alternatief Staaltype: 1ste urine
Endocervicale/ vaginale stalen
Minimum volume: 500 µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Elite Ingenius - Real-Time PCR
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 3 dagen
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Opgelet! Handschoenen dragen bij manipulatie van stalen!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550911
Nomenclatuur: 550911 - 550922 B 800 Opsporen van Neisseria gonorrhoeae door een techniek van moleculaire amplificatie #(Maximum 1) (Cumulregel [116](#)) (Diagnoseregel [153](#), [160](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-04-13

Hannah Segers