Cyclosporine

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	10010

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200 µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	COBAS E411 - Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	4u
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	85-250 µg/L	85-250 µg/L

Extra informatie

Restricties:	Geen interferentie bij bili60mg/dl, Hct15-60%, Alb12g/dl, Chol500mg/dl, HAMA 50µg/ml, IgG12g/dl, RF500IU/ml, UZ20mg/dl Sterke interf. met Itraconazole

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548413
Nomenclatuur:	548413 - 548424 B 600 Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel 40, 227)(Diagnoseregel 46, 51) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.