VWF ristocetine cof. activiteit

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	VonWillebrand_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500 µl
Transportcondities:	Controleer het stollingsbuisje bij aankomst in het labo op stolselvorming door enige malen om te draaien. Ceentrifugeer onmiddelijk: 10 min op 3000 rpm. Niet urgente stalen worden ingevroren in porties van 1.5 ml bij -21°C. Een vers afgenomen staal moet binnen de 4 uur bepaald worden. Een ontdooid staal moet binnen de 2 uur bepaald worden. Een staal wordt zo snel mogelijk ingevroren en wordt na ontdooien nooit opnieuw ingevroren.
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	UZ Gent
Toestel:	Aggregatie methode / aggregometer
Uitvoeringsfrequentie:	1 x/week
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	50-150 %	50-150 %

Extra informatie

Restricties:	Stalen die niet adequaat afgenomen of gemainpuleers werden, moeten steeds als ongeschikt beschouwd worden, bv heparinecontaminatie, meer dan 4 uur tussen afnam en centrifugatie. Lipemie, bilirubine en hemoglobine kunnen de analys beïnvloeden. Stalen mogn niet meer dan 15% ondervuld zijn.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	554293
Nomenclatuur:	554293 - 554304 B 350 Doseren van de von Willebrand ristocetine co-factor aktiviteit #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-06-03 Thierry Braeckevelt

Copyright © 2026 All rights reserved.