Fibrine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 144

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Citraat plasma
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Volbloed (KT): 8uur
Afname instructies: Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: ACL-TOP - Turbidimetrische klonterdetectie- kinetisch met Thrombin® (Methode van Clauss)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	200-400 mg/dL	200-400 mg/dL

Extra informatie

Restricties:	- geen interferentie met TG tot 300 mg/dl, Hb tot 200 mg/dl, Bili tot 12 mg/dl - Buis volledig vullen! Onvolledige vulling veroorzaakt vals verlengde stoltijden. - staal niet afnemen via katheter die met heparine wordt geflushed, tenzij minstens 7 kathetervolumes bloed verwijderd wordt vooraleer de stollingstube te vullen - de verstrekkingen “Bezinkingssnelheid (Bloed)” (127153 – 127164) en “Fibrinogeen (Bloed)” (554610 – 554621) mogen onderling niet worden gecumuleerd -Diagnoseregel 95: samen met PTT aanrekenbaar aan RIZIV in geval van oppuntstelling van bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, fibrinolytische therapie, leverinsufficiëntie en postpartum-bloedingen

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	554610
Nomenclatuur:	554610 - 554621 B 80 Doseren van fibrinogeen #(Maximum 1) (Cumulregel 101) (Diagnoseregel 95) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-07-23 Eva Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.